

ТАБЛО

Паспорт
2.426.004 ПС

Табло предназначено для работы в комплекте с приборами показывающими СТАЛЬ – 4, ДИСК 250М-СТАЛЬ, Мультиграф-Сталь. Изготовлено в климатическом исполнении УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69 для работы при температурах от минус 10 до 55 °С.

Табло прошло технологический прогон 24 ч.


1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Функциональное назначение для работы с прибором (нужное подчеркнuto)	СТАЛЬ-4 ДИСК 250М СТАЛЬ Мультиграф-Сталь
1.2 Напряжение и частота питания, В, Гц	(176 ...264); (50±1)
1.3 Потребляемая мощность, В·А, не более	15
1.4 Масса, кг, не более	4
1.5 Габаритные размеры, мм, не более	275 x 211 x 68
1.6 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP50

Табло предназначено для вывода измеренных значений от измерительного прибора (см.1.1) на дисплей.

Сопротивление нагрузки соединительной линии между измерительным прибором и табло должно быть не более 500 Ом.

1.7 Габаритные и присоединительные размеры.



КОМПЛЕКТНОСТЬ приведена в таблице 1

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.
	Табло	1
	Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (согласно ведомости ЗИП)	1
2.426.004ПС	Табло. Паспорт	1

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Табло _____, заводской номер _____, соответствуют техническим условиям ТУ 311-00226253.054-96 и признано годными для эксплуатации.

Приемо-сдаточные испытания произвел:

М. П.

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (число, месяц, год)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Табло упаковано согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу табло в течение 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Все рекламации по поставке продукции, не соответствующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке требованиям технических условий, предъявляют в порядке и сроки, установленные инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления».

Потребитель указывает в паспорте наименование, обозначение, дату составления и краткое содержание документа (акта) за подписью ответственного за приемку лица, а изготовитель указывает меры, принятые по рекламации. Все сведения заносятся в таблицу.

Потребитель		Изготовитель
<i>Наименование, обозначение, дата составления документа</i>	<i>Краткое содержание документа</i>	<i>Меры, принятые по рекламации</i>

Ведомость ЗИП 2.426.004 ЗИ

<i>Наименование</i>	<i>Кол. в изделии</i>	<i>Кол.</i>
Запасные части		
Вставка плавкая ВПТ6-7В ОЮО.481.021 ТУ	1	1
Принадлежности		
Вилка 2РТТ16КПН2Ш3В ГЕ0.364.120 ТУ		1
Розетка 2РТТ16КПН2Г3В ГЕ0.364.120 ТУ		1

**Контактная информация:**

Адрес: 454047, Россия, Челябинск,
ул. Павелецкая 2-я, д. 36, стр.3, оф. 203

Телефон: +7 351 725-75-64

Факс: +7 351 725-89-59

E-mail: sales@tpchel.ru

Сайт: www.tpchel.ru

**Сервисная
служба:** +7 (351) 725-74-72, 725-75-10

Продукция произведена ООО «Теплоприбор-Сенсор»

2023