

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 74164-19

Срок действия утверждения типа до 26 февраля 2029 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики температуры серий ТР ТП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоприбор – Сенсор»
(ООО «Теплоприбор – Сенсор»), г. Челябинск

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
2.822.109 РЭ, раздел 2.6

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года; 5 лет - для ТР с ЧЭ классов А, В и диапазоном измерений $-50 \dots +300 \text{ }^{\circ}\text{C}$; 2 года - для ТР с ЧЭ классов АА, 1/3 В, для ТП с ЧЭ класса 1 с верхним пределом диапазона св. $+600 \text{ }^{\circ}\text{C}$, для ТП с ЧЭ класса 2 с верхним пределом диапазона св. $+800 \text{ }^{\circ}\text{C}$; 1 год - для ТП с НСХ типов R, S, В

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 августа 2023 г. N 1750.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1BDA70098FBD4FA29944FE6CFD237DB5
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович
Действителен: с 29.09.2022 до 23.12.2023



«30» августа 2023 г.